COVIDIEN

**2010 年 9 月 1 日改訂(第 3 版)
*2010 年 5 月 24 日作成(第 2 版)

医療機器届出番号 13B1X00069PS006A

機械器具(21) 内臓機能検査用器具
JMDN コード：31658000　単回使用パルスオキシメータプローブ
一般医療機器

ネルコアオキシセンサⅢ
(D-20)

再使用禁止

【警告】
1. 本品は、医師および医師の指示を受けた医療従事者のみが使用すること。

＜併用医療機器＞
1. 本品を含むネルコアセンサは、磁気共鳴画像診断装置（MRI）撮影中には使用しないこと［誘導電流により熱傷を起こすことがあるため。また、本品が MRI の画像に影響を与えたり、逆に MRI 装置自体がパルスオキシメータの測定の精度に影響を及ぼすことがあるため］。

【禁忌・禁止】
1. 本品は測定部位に直接貼り付けて使用すること［本品と測定部位との間に障害となるもの(ガーゼ等)を挟み込むと、正確な測定値が得られないため］。
2. 本品は同一患者使用である。

＜適用対象(患者)＞
1. 本品は、粘着テープに対してアレルギーのある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等：
本品は、パルスオキシメータ本体と接続して使用する、粘着式の SpO_2 測定用のセンサである。
本品は、同一患者に限り、粘着部の粘着性が損なわれるまで繰り返し使用することができる。

本品はラテックスフリーである。

2. 原理：
酸素ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸光特性の差を利用して、発光部から放出される赤外光・赤色光を受光部で受け、この測定値をモニタで解析することにより動脈血中酸素飽和度が求められる。

【使用目的、効能又は効果】
本品は、連続的非侵襲動脈血酸素飽和度と脈拍数のモニタリングを要する患者に使用する。
＜推奨する適用体重＞

タイプ	推奨適用体重
MAX-P	10～50kg

【品目仕様等】
1. 登録／保存機能（メモリチップ内蔵）
各種データの登録、保存機能を有する。

【操作方法又は使用方法等】
1. 本品をはく離紙からはがすと、粘着側には 2 つの透明な窓(a)があり、この窓の内側に光学系がある(図 1)。
本品の装着部位としては、人差し指が適しているが、その他手の指や足の親指などにも装着可能である。

注記：センサの装着部位は、動脈カテーテルや血圧計のカフ、あるいは輸液ラインを接続していない側の指に装着すること。

2. 本品を装着する際は、2 つの窓(a)の間の中央部にある点線が指の先端にくるようにする(図 2)。ケーブルがない側の粘着フラップを指に貼り付ける。ケーブルが手足の上側にくるようにすること。
3. ケーブル側の粘着部を折り曲げて指に貼る。このとき、2 つの窓が相対していることを確認すること。指を圧迫しない程度に粘着フラップをしっかりと巻き付ける(図 3)。
4. 本品をモニタに接続し、本体の取扱説明書に従ってモニタが正しく作動していることを確認すること。

注記：センサ装着部位が適切でない場合、装着部位が太すぎる、または細すぎる場合、色素沈着、マニキュア、有色クリームなどの光の透過を妨げる色素の混入や付着により、SpO_2 値に影響を与える恐れがある。このような場合には、センサを装着し直したり、装着部位を変えたり、部位に合ったセンサを使用すること。



図 1


図 2


図 3

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
(1)パルスオキシメータの測定値に影響を与える要因
以下の要因により、パルスオキシメータの測定値に影響が出たり、測定値の精度を損なう場合がある。

1) 本品が正しく装着されていない場合、測定が不正確になることがある。
2) 本品は、外部の光の影響を極力受けないように設計されているが、外部からの過度な光は不正確な測定の原因となる。このような場合は、光を通さない素材で装着部を覆うこと。
3) マニキュア、色素沈着、有色クリームなどの色素の混入や色素の付着により、SpO_2 値に影響を与える恐れがある。
4) 患者の体動が著しい場合、測定精度が低下することがある。このような場合は患者を安静にさせるか、体動の穏やかな部位に装着し直すこと。
5) 本品の巻きが強すぎたり、上から他のテープで巻いたりすると、静脈性拍動をおこし、SpO_2 値が不正確になることがある。
6) 本品を改造しないこと［作動や測定の精度に影響が出るため］。

(2)その他の基本的注意
1) 本品は滅菌包装されており、同一症例に限り使用可能。
2) 本品の滅菌包装に破損が認められた場合は、再滅菌しないこと。院内で定められた手順に従い、破棄すること。
3) 本品を水や洗浄剤に浸けないこと。再滅菌しないこと。［本品の機能を損なう可能性があるため］

注記：早産児が高濃度の酸素環境下に置かれた場合、網膜症を発症する可能性がある。そのため、本品を接続するパルスオキシメータの SpO_2 の上限値は、現在認められている臨床基準やパルスオキシメータの正確な測定範囲を考慮して慎重に設定すること。

2. 相互作用･併用注意
(1)Nellcor 製のモニタを使用する際の仕様精度については、モニタの情報を参照すること。または最寄りの販売代理店に問い合わせること。
(2)米国ネルコアピューリタンベネット社製機器と互換性のある製品と使用する際の仕様精度については、取扱説明書を読むか、それぞれの製造元に問い合わせること。
(3)本品は、米国ネルコアピューリタンベネット社製パルスオキシメータおよび米国ネルコアピューリタンベネット社のオキシマックステクノロジを搭載した製品との接続に限り使用すること。各製品の特徴や本品との互換性については、それぞれの製造元に問い合わせること。
(4)本品を米国ネルコアピューリタンベネット社製機器と互換性のある製品と使用する際は、本品との互換性および安全性、使用時の注意事項、警告、禁忌などについて、その製品に付属の添付文書･取扱説明書を読むか、それぞれの製造元に問い合わせること。

3. 臨床検査結果に及ぼす影響
(1)以下の条件で使用する場合は、SpO_2 の測定精度に悪影響を及ぼす場合があるので注意すること。
1) センサの誤った装着。
2) センサを血圧測定用のカフ、動脈カテーテルもしくは血管内ラインとともに四肢に装着した場合。
3) 患者の体動が著しい場合。
4) 高照度の照明下(キセノンランプを使用した手術灯、ビリルビンランプ、蛍光灯、赤外線加熱ランプ、光線療法、および直射日光等)で使用した場合。
5) 一酸化ヘモグロビン、メトヘモグロビンやスルフヘモグロビン

等の異常ヘモグロビンが過度に存在する場合。
6) 血管内の色素濃度が高い場合。
7) 電気手術器(電気メス)の干渉を受けた場合。
(2)以下の条件で使用する場合、パルス信号を検出できないことがあるので注意すること。
1) センサをきつく装着した場合。
2) センサを装着した四肢で、血圧測定用のカフを拡張した場合。
3) センサ付近で動脈の閉鎖が生じた場合。
(3)指定外のアクセサリ、センサ、ケーブルを使用すると、エミッションが増加するもしくはイミュニティの減少や、オキシメトリの不正確な読み取り値の原因となる場合がある。

4. 過剰使用

本品装着部位への末梢血流を定期的に確認すること。装着部を定期的に点検し、皮膚に異常がないこと、正しい位置に装着していること、センサの粘着性に問題がないことが確認できる場合に限り、同じ部位に最大 8 時間の連続装着が可能である。ただし、皮膚の状態によりセンサ装着部に対する受容性が異なるので、患者によってはより頻繁に本品の装着部位を張り替えること。

【貯蔵・保存方法及び使用期間等】

1. 有効期間・使用の期限

外装表示参照

【保守・点検に係る事項】

本品を水や洗浄剤の中に浸けないこと。

【包装】

1 箱 24 個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：
コヴィディエン ジャパン株式会社
〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2
*お問合わせ先：
レスピラトリー事業部
TEL (03)5717-1263　FAX (03)5717-1444

**外国製造業者名：
Covidien
（コヴィディエン）
メキシコ合衆国